

## FICHA TECNICA DEL DISPOSITIVO INTRAUTERINO

**NOMBRE GENERICO:** DIU TCU 380<sup>a</sup>

**NOMBRE COMERCIAL:** PREGNA



**FORMA FARMACEUTICA:** T de plástico envuelta en cobre.

**CONCENTRACION:** 380<sup>a</sup>

### EFFECTOS ADVERSOS:

- Dolor o calambres durante la menstruación
- Sangrado menstrual prolongado y profuso.

### VENTAJAS:

- Previene el embarazo a largo plazo (10años)
- No interfiere con las relaciones sexuales.
- Es un método reversible.
- Pueden insertarse inmediatamente después del parto.
- No presenta interacciones con otros medicamentos.
- 

### DESVENTAJAS:

- Puede causar dolor o molestias leves durante la inserción.
- Puede expulsarse (verificar la presencia de los hilos después de la menstruación).
- No protege contra ETS/VIH.

**CONTRAINDICACIONES:**

- Embarazo.
- Infección después del parto o aborto.
- Sangrado vaginal inexplicado.
- Cáncer de cuello uterino, del endometrio, o del ovario.
- ETS actual o en los últimos tres meses.
- Enfermedad trofoblástica gestacional maligna.
- Cavidad uterina malformada.
- Tuberculosis pélvica diagnosticada.

**DESCRIPCION DEL ENVASE:** cubierta de plástico y papel estéril con número de lote y fecha de vencimiento.

**REGISTRO SANITARIO:** INVIMA 2020DM0021551 vence 24/04/2030

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** protegido de la luz y la humedad.